


Piaseczno 18.02.2020 r.

"FUNDACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ"

Romana Dmowskiego 2/4

58-300 Wałbrzych



Dotyczy postępowania na zakup i montaż dygestorium laboratoryjnego dla 13 szkół podstawowych w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”.

Szanowni Państwo

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:

1. Czy oferowane dygestoria powinny posiadać system kontroli przepływu powietrza umożliwiający odczyt aktualnych wartości przepływu powietrza. System taki powinien być wyposażony w sygnalizatory braku lub zbyt niskiego przepływu powietrza oraz braku zasilania. W opisie dygestoriów brak jest takiej informacji, ale jest ono niezbędne aby urządzenie spełniało wytyczne zawarte w normie PN-EN 14175.

Z. poważaniem,


Piotr Dembny